



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
БЛАГОЕВГРАД „ АД**
гр.Благоевград, ул.„Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329

ПРОТОКОЛ № 3

За разглеждане на допълнително представените документи относно съответствие на участниците с критериите за подбор и разглеждане на техническите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД“, открита с решение №8/09.07.2015г., публикувана в РОП под № 676619, в „Официален вестник” на Европейския съюз под №2015/ S 133-245104 и в профила на купувача

На 07.09.2015г. в 11:30 часа в Административната сграда на „МБАЛ-Благоевград” АД, зала 503 се състоя третото заседание на комисия, назначена със Заповед №188/24.08.2015г. на Изп. Директор на „МБАЛ-Благоевград” АД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД” и в състав:

Председател: д-р Жулиета Калешова – Началник отделение по Хемодиализа
и членове: 1. Димитър Димитров – Началник ХО;
2. Венетка Стефанова – Главна медицинска сестра;
3. Елвира Георгиева – Зам. Главен счетоводител;
4. Иванка Солачка – Главен Юрисконсулт;

Комисията разгледа становището на Началник отделение по Хемодиализа, относно качеството на мострите на медицинските изделия/консумативи на участниците:

В таблица № 1 са отразени конкретните точки на участниците, съобразно изискванията на Възложителя, утвърдени в спецификацията:

позиция	Медицинско изделие	Производител	Дъчмед интернешанъл ЕООД	Фрезениус Медикъл ЕООД	Кристълкл иър ООД	Хелмед България ЕООД
17	Диализатор за възрастни, low-flux синтетична мембрана /полисулфон/:	ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония	40 т.		недопуснат	
	а. $\geq 1,6$ кв.м ефективна площ				недопуснат	
	б. среден фосфатен клирънс ≥ 196 мл/мин.				недопуснат	
	с.среден коефициент на ултрафилтрация $UF \geq 14,0$ мл/ч, mmHg				недопуснат	
18	Диализатор за възрастни, low-flux	ИБ Медика, Етрополе; Asahi	40 т.		недопуснат	

	синтетична мембрана /полисулфон/:	Kasei, Япония				
	а. $\geq 1,8$ кв.м ефективна площ				недопуснат	
	б. среден фосфатен клипънс ≥ 202 мл/мин.				недопуснат	
	с. среден коефициент на ултрафилтрация $UF \geq 15,0$ мл/ч, mmHg				недопуснат	
19	Диализатор за възрастни, low-flux синтетична мембрана /полисулфон/:	ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония	40 т.		недопуснат	
	а. $\geq 2,1$ кв.м ефективна площ				недопуснат	
	б. среден фосфатен клипънс ≥ 209 мл/мин.				недопуснат	
	с. среден коефициент на ултрафилтрация $UF \geq 17,0$ мл/ч, mmHg				недопуснат	
20	Диализатор за възрастни, low-flux синтетична мембрана /полисулфон/:	ИБ Медика, Етрополе; Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония	40 т.	40 т.	недопуснат	
	а. $\geq 1,7$ кв.м ефективна площ				недопуснат	
	б. среден фосфатен клипънс ≥ 187 мл/мин.				недопуснат	
	с. среден коефициент на ултрафилтрация $UF \geq 18,0$ мл/ч, mmHg				недопуснат	
21	Диализатор за възрастни, low-flux синтетична мембрана /полисулфон/:	ИБ Медика, Етрополе; Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония	40 т.	40 т.	недопуснат	
	а. $\geq 1,5$ кв.м ефективна площ				недопуснат	
	б. среден фосфатен клипънс ≥ 176 мл/мин.				недопуснат	
	с. среден коефициент на ултрафилтрация $UF \geq 16,0$ мл/ч, mmHg				недопуснат	
22	Кръвни линии /комплект/, стандартни, съвместими с апарат Браун, Гамбро и Фрезениус	ИБ Медика, Етрополе; Nipro, Япония	40		недопуснат	

23	Сет с различни размери /фистулни игли/	БАИН Медикъл Екипмънт /Туанджоу/, Китай; Nipro, Япония	40		неоферира	НЕДОПУСН АТ
	а. 15G / 1,8x25 мм/					
	15G / 1,8x32 мм/					
	б. 16G / 1,6x25 мм/					
	с. 17G/1,5x25мм/					
24	Централни венозни катетри за временен съдов достъп	Профимедика - България; Agrow, Teleflex, САЩ	40 т.		недопуснат	
	а. Югуларис двулуменни /15 см/					
	б. Субклавия двулуменни /15-17 см/					
	с. Феморални двулуменни /20 см/					
25	Дезинфектанти за диализна апаратура - За топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина с концентрация 50%	Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Inspramed Medikal, Турция	30 т.	30 т.		
26	Дезинфекционен разтвор за хемодиализа съдържащ пероцетна киселина 10 литрови туби	Фрезениус Медикъл Кеър - Германия;		40 т.		
27	Апирогенен филтър, съвместим с апарат Dialog+ /Браун/	ИБ Медика, Етрополе;			недопуснат	
28	Апирогенен филтър, съвместим с апарат за апарат Fresenius - 5 бр.	ИБ Медика, Етрополе;			недопуснат	

МОТИВИ за недопускане на участника „Кристълклиър” ООД по критерий „качество” за следните обособени позиции:

ОП № 17, 18, 19, 20, 21 - участникът представя мостри на мембрани „Медиум – флукс”, в размери различни от изискваните. Видно от утвърдената от Възложителя спецификация на медицинските консумативи - изисква се представяна на ЛОУ Флукс мембрана, Представената мостра не отговаря на изискванията на Възложителя. Не става ясен производителя на представените медицински изделия, същите не са обозначени и на опаковката и на самото изделие, съгласно нормативните изисквания на ЗМИ, и Директивите относими към тях. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията

недопуска до разглеждане на ценовото предложение – Плик № 3 на участника за обособени позиции №№ 17, 18, 19, 20 и 21.

ОП № 22 – представените мостри не могат да се приемат като медицински изделия – нямат обозначение за съвместимост с апаратите, с които разполага лечебното заведение (Браун, Гамбро и Фрезениус). Нямат фабрично описание на изискуемите от възложителя изисквания, а именно - да са изработени от висок клас медицинско PVC и снабдени с инфузионна линия. Цветово кодирани, пластмасови клампи, разположени дистално на двата края. Дължина на артериалната линия от 4,5 до 5,0; венозната линия от 3,1 до 3,4 м. Вида, размерите на вътрешния диаметър и помпения сегмент да бъдат обозначени от производителя на самата опаковка. Комплект кръвни линии, универсални, съвместими с апарати Браун, Гамбро и Фрезениус. Така представените мостри без обозначения от производителя не отговарят на ЗМИ, и Директивите относими към медицинските изделия, поради което на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията недопуска до разглеждане на ценовото предложение – Плик № 3 на участника за обособена позиция № 22.

ОП № 24 – Съгласно документите в Плик № 1 е представен „Сертификат за оторизиран представител от производител „Профимедика” ЕООД, който оторизира участникът „Кристълклиър” ООД да е изключителен дистрибутор и изключителен представител за територията на България за следния продукт: ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП С ПРИЛОЖЕНИЕ В ДИАЛИЗАТА”. В Плик № 2 „Техническо предложение” за обособена позиция № 24 - Централни венозни катетри за временен съдов достъп в графа производител е отбелязано – БАЛТОН, което е различно от представената оторизация на Профимедика. В представените мостри, участъкът е сложил мостра на производителя Балтон, за която няма оторизация. При разглеждане на Плик 1, комисията не е констатирала липса на оторизация за тази позиция – от производител Балтон, поради факта, че все още не е разгледала Плик № 2. След като сега разгледа Плик 2 и провери отново оторизациите констатира това несъответствие. Поради това, че комисията е на фаза, разглеждане на техническо предложение – чл.68, ал.10 от ЗОП и са изтекли процедурните дейности по чл.68, ал.8 и ал.9 не може да даде указания на участника за представяне на оторизация от фирма Балтон за ОП № 24. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията недопуска до разглеждане на ценовото предложение – Плик № 3 на участника за обособена позиция № 24.

ОП № 27 и 28 – Участникът е представил мостри, от които не е видно за съвместимост с апаратите на Възложителя, няма обозначение за съвместими с апарати Dialog+ /Браун, Мембрана от полисулфон, Минимално време за използване на един филтър – 900 часа или 150 диализни процедури, Степен на задържане на бактерии и ендотоксини $> 10^6$ IU/ml. В представените мостри от участника: няма фабрично обозначение от производителя, че филтрите са съвместими с апаратите на Браун и Фрезениус; няма обозначено минимално време за използване на един апирогенен филтър – 900 часа, както и няма степен на задържане на бактерии и ендотоксини $> 10^6$ IU/ml. От представените документи е видно, че степен на задържане на бактерии и ендотоксини $> 10^5$ IU/ml. В предвид на това, че представените мостри не са оригинални, няма изрично представено писмо от производителя, че са съвместими с апаратите на Браун и Фрезениус. В предвид на гореизложеното и на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията недопуска до разглеждане на ценовото предложение – Плик № 3 на участника за ОП № 27 и 28.

МОТИВИ за недопускане на участника „Хелмед България” ООД по критерий качество за обособена позиция № 23 - Сет с различни размери /фистулни игли/.

Участникът предоставя мостри с размери, неотговарящи на изискуемите от Възложителя. В предвид на гореизложеното и на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията недопуска до разглеждане на ценовото предложение – Плик № 3 на участника за обособена позиция № 23.

Относно мострите на участниците „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, същите отговарят на ЗМИ и директивите за тях, имат необходимите оторизации, отговарят на размери и технически характеристики на Възложителя, поради което са допуснати до разглеждане и оценяване на Плик № 3.

Относно участникът „Медекс” ООД и точките, които получава по критерий „Качество”, същите са както следва: ОП №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 участникът получава 40 точки.

За ОП № 4, 5 и 9 няма оферти.

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП комисията предложи да се отворят ценовите предложения в Плик № 3 на допуснатите участници на 11.09.2015г. от 11:30 часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, ет.5, зала 503. Съгласно изискванията на ЗОП председателят на комисията да уведоми в определените срокове участниците за датата на отваряне на ценовите оферти и да публикува в профила на купувача същата информация. С това приключи работата на комисията на 08.09.2015г. в 12:00 часа

Председател: Д-р Ж. Калешова – Началник отделение по хемодиализа....

и членове: 1. Д. Димитров – Началник ХО.....
2. В. Стефанова – Главна медицинска сестра
3. Е. Георгиева – Заместник главен счетоводител
4. И.Солачка – Главен юрисконсулт