



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
– БЛАГОЕВГРАД „АД“**
гр.Благоевград, ул., „Славянска“ № 60, тел. 073/82-92-329

ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане на оферти от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за инвазива диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ - Благоевград“ АД“ обявена с Решение №12 от 02.10.2014г. в електронния сайт на АОП и в официален вестник на ЕС под номер 2014/S 192 -33 8494

На 11.12.2014г. в председателя на комисия, назначена със Заповед № 238/25.11.2014г. на Изп. Директор на „МБАЛ-Благоевград“ АД изпрати писма с обратна разписка до участниците на основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. Участникът „Диагонал“ ООД, е получил писмото на 15.12.2014г.

На 18.12.2014г. в деловодството на болницата е пристигнало писмо от участника „Диагонал“ ООД в запечатан плик с надпис допълнително изискани документи. Комисия в състав:

Председател: 1. Костадин Шумантов – Заместник-директор ИД
и членове: 2. д-р Катя Илиева – Пандева – Началник Кардиологично
отделение

3. д-р Костадин Кичуков – специалист по инвазивна кардиология в Кардиологично отделение
4. Иванка Солачка – Главен юрисконсулт
5. Стоян Стоянов - външен експерт, включен по смисъла на чл.19, ал.2, т. 8 от ЗОП
6. Георги Славков - външен експерт, включен по смисъла на чл.19, ал.2, т. 8 от ЗОП
7. Гергана Христова – главен счетоводител

се събра на второ свое заседание на 19.12.2014г., за да разгледа допълнително представените документи, а именно:

- преведен сертификат за калибриране № MMF- 00514 с дата на издаване на същия – 21.06.2014г.;
- оторизация от Шимадзу Корпорейшън, отдел „Продажби“ с изх.№ 16.12.2014г., с което оторизират Шимадзу д.о.о., Завратница 17, Загреб, република Хърватия, която има право да разпространява и продава системите Шимадзу.

След като разгледа допълнително представените документи и след кратко обсъждане комисията единодушно **решава:**

Допуска участника „Диагонал“ ООД до разглеждане на документите в Плик 2.

От представените документи става е видно, че Шимадзу д.о.о., Завратница 17, Загреб има единствено правомощия за представителство и продажба на апаратурата единствено и само за Република Хърватия.

Комисията обстойно разгледа документите на участниците в Плик 2. Разглеждайки документите на участниците, външния експерт инж.Славков забеляза несъответствия между изискванията на Възложителя и участника „Диагонал” ООД. В резултата на което представи подробен доклад, в който са изброени подробно констатирани от него съответствия и несъответствия между предлаганите апарати на участниците и заложените изисквания на Възложителя.

В резултата на което единодушно комисията решава:

1. Допуска до отваряне на Плик 3 – участника „Медимаг МС” ООД;
2. Недопуска до отваряне на плик № 3 участника „Диагонал” ООД, по причини подробно описани в доклада на външния експерт инж.Славков от 22.12.2014г.
3. Упълномощава председателя на комисията да изпрати уведомителни писма за отваряне на Плик № 3 на допуснатите участници, както и да отрази в електронния сайт на лечебното заведение, информацията за Плик 3.

Критерият за оценка на оферти е икономически най – изгодната оферта, която се състои в следните показатели:

1.1. Показател П1 - Цена - общо 40 точки

1.2. Показател П2 - Предлагани технически преимущества – общо 60 точки.

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП , комисията пристъпи към оценяване на критериите в Плик 2 на допуснатия участник – „Медимаг - МС” ООД;

П2 – Предлагани технически преимущества, с относителна тежест 60 %



П2₁ Наличие за расположение на позиционера от двете страни на масата (ляво, дясно) при провеждане на DSA, с обхват от реналната артерия, до глазените – Да, получава 10 точки.

П2₂ Наличие за програмиране функциите на педалите за управление, в зависимост от изискванията на потребителя – Да, получава 10 точки.

П2₃ Наличие за свободен достъп с обхват над 180 градуса около главата на пациента по време на процедури – Да – 10 точки;

П2₄ Наличие на асиметрична колимация за определяне регион на интерес в режим на скопия, върху последно запаметен образ – Да, 10 точки;

П2₅ Наличи на двойно инверторен генератор – Да , 10 точки;

П2₆ Наличие на функция за автоматично аварийно превключване на фокус при изгаряне – Да, 10 точки.

$$\text{П2} = (\text{П2}_1 + \text{П2}_2 + \text{П2}_3 + \text{П2}_4 + \text{П2}_5 + \text{П2}_6) = (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) = 60 \text{ точки.}$$

След което комисията единодушио определи дата за отваряне на ценовите предложение на допуснатите участници на основание чл.69 а, ал.3 от ЗОП да бъде на 06.01.2015г. от 11:00 часа.

Настоящия протокол се написа на 23.12.2014г.

Комисия в състав:

Председател:
Костадин Шумантов

и членове: 1.....
д-р Катя Илиева
3.
Иванка Солачка
5.
Георги Славков

2.....
д-р Костадии Кичуков
4.....
Стоян Стоянов
6.
Гергана Христова