



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
БЛАГОЕВГРАД „АД“
гр.Благоевград, ул., „Славянска“ № 60, тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29**

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВА СИСТЕМА ЗА ИНВАЗИВНА
ДИАГНОСТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД“ АД”**

Многопрофилна болница за активно лечение
„БЛАГОЕВГРАД•АД“
Благоевград
Изх.№ 92-96-180
дата 31.10.2014 г.

РАЗЯСНЕНИЯ

**ОТ Д-Р ВЛАДИМИР ПАНДЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД“ АД**

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и във връзка с постъпило искане правя следното разяснение на поставените въпроси:

I. Във връзка с Приложение №2 - Техническа спецификация от документацията за участие утвърдена от Вас и публикувана на сайта на представяваното от Вас лечебно заведение:

В т. 1 на визираното приложение Вие отправяте изискване за еднопланово С-рамо монтирано на пода. Моля да ни отговорите: какви са Вашите съображения за такъв вид монтаж, тъй като в публикуваната документация не сте конкретизирали параметрите и разположението на помещението, където следва да бъде извършен монтаж на същата?

Отговор: Съображенията за монтажа са определени на база конкретните нужди на Възложителя. Изискването е съобразено и с факта, че всички производители предлагат ангиографска апаратура с подов монтаж на позиционера. При подобен тип кореспонденция за уточняване на параметри са приложими въпроси от типа "какво се разбира под определен термин" или "как следва да се изпълни определено изискване". Въпроси от типа "зашо е поставено определено условие" са неотносими, защото неоснователно налагат на възложителя да обяснява и мотивира конкретните нужди.

В т. 9 на същото приложение Вие отправяте изискване за "Оловно защитно стъкло с размер 100 x 120 см . Моля да ни отговорите: какъв би следвало да бъде оловния еквивалент на същото и необходимо ли е представяне на Сертификат за наличие на CE марка на стъклото?

Отговор: Оловният еквивалент следва да бъде съобразен с параметрите на предложената от участника апаратура и достатъчен за осигуряване надеждна защита. Оловното стъкло трябва да притежава CE сертификат.

В т. 7 - Мониторна система е заложено изискване за "2 броя TFT/LCD високояркостни черно-бели монитора за жив и референтен образ с размер мин. 19"; 1 хемодинамичен монитор и 1 монитор от работната станция.

Отговор: Това е минималната мониторна конфигурация в процедурната зала

В т. 10 - Хемодинамична система за мониториране на пациентите физиологични параметри, обаче сте посочили "2 броя LCD 19" монитори за контролната зала; 1 брой LCD 19" плосък монитор, разположен в процедурната зала". Моля, да уточните: за колко броя монитори става въпрос и как следва да тълкуваме посочените от Вас размери - като минимални такива или като конкретни.

Отговор: В изискването ясно е записано „2 броя LCD 19" монитори за контролната зала и 1 брой LCD 19" плосък монитор, разположен в процедурната зала"(които е описан и в т. 7). Посочените размери са посочени като минимално изисквани.

II. Във връзка с Приложение № 3 – Необходими документи от документацията за участие утвърдена от Вас и публикувана в сайта на представляваното от вас лечебно заведение Вие сте посочили изискване, че «участникът следва да разполага с налична дозиметрична апаратура. Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие на валиден сертификат за калибрация, издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди обявяването на процедурата. Моля да ни отговорите:

1. Какво разбирате под общото наименование "дозиметрична апаратура"? Това апаратура за проверка лъчезащитата на обекта ли е или апаратура за измерване характеристиките на рентгеновото лъчение, тъй като за различните цели се използват различни по вид и с различни характеристики дозиметрични апарати?

Отговор: Изискването касае апаратура за измерване характеристиките на рентгеновото лъчение.

2. При измерване характеристики на рентгеново лъчение по неинвазивен метод с поставяне на дозиметър в лъчевия сноп може ли да се използва рентгенов мултиметър или само дозиметър?

Отговор: Може да се използва всякаква апаратура, която ще предостави резултати от необходимите измервания (включително рентгенов мултиметър).

3. Какво е необходимо да се измерва - само доза и мощност на дозата или други характеристики на лъчението като анодно напрежение, аноден ток, време на експонация, филтрация, слой на полу отслабване?

Отговор: Необходимите измервания са съгласно Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване и Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения е необходимо да се измерват всички характеристики на лъчението и филтрацията на рентгеновата апаратура.

4. Защо се изисква сертификат за калибрация, издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди обявяването на процедурата?

Отговор: С това изискване Възложителят се стреми да гарантира наличието на дозиметрична апаратура с валиден сертификат, в момента на изпълнение на обществената поръчка, която е необходима за извършване на дейностите по монтаж и инсталация на апаратурата, предмет на поръчката, т.е. за извършване на цялостната дейност по изпълнение на поръчката, след като тя бъде възложена.

5. Допускат ли сертификати за калибрация, издадени преди посочения от Вас 6 месечен срок преди обявяването на процедурата, при положение, че повечето производители на такъв вид дозиметрична апаратура и съгласно Закона за измерванията апаратите подлежат на калибрация през 2 (две) години?

Отговор: Предложението на участниците следва да отговарят на изискванията, посочени от Възложителя.

6. След абзака относно изискването за калибрация на дозиметричната апаратура Вие поставяте следното изискване: "Това обстоятелство се доказва с представяне на пълна и изчерпателна техническа документация - официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията, модела, ясна снимка на изделието, както и брошури и съществуващи документи на английски език и в превод на български, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура". Моля да ни отговорите: това изискване за дозиметричната апаратура ли се отнася или касае предмета на поръчката, предвид факта, че изисквате документи подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура?

Отговор: Текстът се отнася до предлаганата апаратура, както е записано в него.

7. В Съдържание на Плик 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ сте посочили, че участникът следва да представи:

- Декларация, че при доставката на апаратурата и оборудването, участникът определен за изпълнител, ще представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че апаратурата и оборудването не са демонстрационни, не са употребявани, не са рециклирани и относно датата, на която същите са напуснали завода на производителя;
- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ съставена от производителя или неговия упълномощен представител - където е приложимо, участникът трябва да представи копие на оригинала, придружен от официален превод на български език;
- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган за наличието на което участникът трябва да представи копие на оригинала, придружен от официален превод на български език;
- Декларация, че участникът ще осигурява и поддържа документирана система съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;

Декларация, че участникът ще съдейства за съгласуване на необходимите технологични проекти пред НЦРРЗ и АЯР, както и за узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР.

На първо място моля да ни отговорите: Обявената от Вас обществена поръчка за доставка на медицинска техника ли е или за доставка на медицински изделия? Аргумента ни за поставяне на този въпрос е в следствие на залегналото изискване, че следва да се представят: „*Каталози и проспекти или други документи, издадени от производителя на предлаганата медицинска техника, от които се установява съответствието на предлаганите медицински изделия с изискванията по „Пълно описание на обекта на обществената поръчка и Технически спецификации“ на Документацията за участие*“.

Отговор: Обществената поръчка е с предмет доставка на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия.

На следващо място моля да ни отговорите, защо изисквате да се представят описаните по-горе декларации в Плик 2, при положение, че същите са относими към документите за подбор съдържащи се в Плик 1?

Отговор: Декларациите, които следва да се приложат в Плик 2, представляват част от техническото предложение на кандидатите.

На трето място моля да ни отговорите, защо изисквате представянето на декларации относими към обществена поръчка за доставка на медицински изделия? Непредставянето на тези декларации ще бъде ли повод за отстраняване на участник участващ в обявената от Вас обществената поръчка за доставка на медицинска техника?

Отговор: Непредставянето на всички изискуеми документи е основание за отстраняване на участник от процедурата съгласно чл. 69 от ЗОП.

III. Във връзка с Приложение № 3 – Запечатване на офертата сте посочили, че плик 1,2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, кашон с надпис: О Ф Е Р Т А и предмет на поръчката: "Доставка на медицинска апаратура, медицинско оборудване и технологично обзавеждане в тридесет и пет центъра/филиала/лечебни заведения"

Отговор: Предметът на поръчката е съгласно обявленietо и документацията за участие. На стр.17 от документацията е допусната техническа грешка при изписването на предмета на поръчката.

IV. Във връзка с Приложение № 5 – проект на договора Ви моля да ни дадете разяснения относно:

1. Участникът се задължава да подпише декларация – Образец № 8, за приемане условията в проекта на договора. Тъй като в чл.1(1) и чл. 6(2) от проекта на договора

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви технологичен проект за разполагане на оборудването, лъчезашитен проект, да изработи всички документи, необходими за лицензирането в АЯР и узаконяване; а това изискване разширява предмета на обявената от Вас обществена поръчка, ще допуснете ли извършване на предварителен оглед от страна на участника в предвиденото от Вас помещение за разполагане на апаратурата, предмет на поръчката? Мотивите ни за това са : максимално точното изготвяне на ценовото предложение, което да обхваща всички други съществуващи дейности по предмета на поръчката, както и калкулиране времето за изпълнение на допълнителните изисквания в цитираните по-горе членове.

Отговор: Понеже апаратът е чисто нов, на този етап оставяме безпристрастно да се обяви изпълнителя и към неговите Отчитайки характеристики на избраната система се прави задание към проектантите, които залагат да пригодят бъдешото помещение към характеристиките на апаратурата.

2. Във връзка с визирани по-горе клаузи от проект на договора и чл.1 (1) и чл.6 (2) от проект на същия, Ви моля да ни дадете разяснения относно посочения в обявленietо срок на поръчката - в дни 90 (считано от датата на възлагане на поръчката), тъй като в чл.15 ал.2 Вие сте посочили, че "ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже инсталациране на доставеното от него оборудване, ако са налице обстоятелства, възпрепятстващи правилната експлоатация на оборудването, невъзможността му за инсталациране или при не-подгответни за инсталация помещения...". В какви срокове представяваното от Вас лечебно заведение ще изпълни технологичния и лъчезашитни проекти, както и строително-ремонтните дейности, които са необходими за инсталациране на медицинската апаратура предмет на настоящата поръчка, така че участникът да спази срока на поръчката?

Отговор: забавяне в резултат на изграждането няма да се зачита за дните на изпълнение определен в процедурата.

3. В чл.17 от проект на договор "ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ помещения, подгответни за инсталация на доставеното оборудване, не по късно от определения в договора срок на доставка". Моля да ни отговорите:

3.1. В общия срок на доставка посочен в обявленietо, а именно в дни 90 (считано от датата на възлагане на поръчката), влиза ли срока за изпълнение на задължението на

участника/изпълнителя по чл.6 ал.2 от проект на договор?

Отговор: Срокът за изпълнение на обществената поръчка включва изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката.

3.2. В кой момент започва да тече посочения от Вас срок в чл.17 от проект на договор?

Отговор: Чл. 17 от проекто-договора определя крайния срок за Възложителя.

4. В Чл.15 ал.2 изречение 2 от проект на договор сте посочили, че "В този случай, изпълнителят има право да претендира за пълно изплащане на му суми по този договор". Моля да ни дадете разяснения относно изплащане "на му суми по този договор", тъй като от това изречение за у частни кът/и з пълнител я по никакъв начин не става ясно какви са сумите, които той има право да претендира ако са налице обстоятелства, възпрепятстващи правилната експлоатация на оборудването, невъзможността му за инсталране или при неподгответни за инсталация помещения

Отговор: Чл. 15, ал. 2 от проекто-договора гласи „(2) ... В този случай, изпълнителят има право да претендира за пълно изплащане на дължимите му суми по този договор.“

5. Във връзка с чл.3 ал. 1 от проект на договор Вие сте посочили следната схема на плащане:

- Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на поръчката се заплашват в срок от седем работни дни от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка;
- 70% /седемдесет процента/ от сумата се плаща на равни вноски за срок от четири години, като първата вноска е платима след сключване на договор с НЗОК за този вид медицинска дейност.
- При налични финансови средства Възложителят може да изплати предсрочно дължимите вноски на Изпълнителя, без да дължи неустойка от предсрочно погасяване.

Моля да ни дадете разяснения относно изплащането на 70-те % от сумата: в случай, че представяваното от Вас лечебно заведение не сключи договор с НЗОК за този вид медицинска дейност по какъв начин ще бъде изплатена сумата на изпълнителя? Мотивите ни за този въпрос са голямата стойност на обществената поръчка и размера на инвестицията от страна на участника/изпълнителя.

Отговор: Искането за заплащане на 70-те процента от сумата след сключване на договор с НЗОК за този вид дейност са следните: Този текст определя срокът от който започва да тече срокът за изплащане на останалите средства на доставената вече апаратура. Договорът с НЗОК когато се сключи определя началото на разсроченото плащане.

V. Във връзка с т.П.2.2 Технически възможности от Обявленето за поръчка, отправям следния въпрос:

Поставили сте условие, че участникът следва да разполага със сервизни специалисти от които поне един със специалност с диплома за «Медицинска електроника» или «Електроника

на втоматика». Предвид факта, че поставеното условие е дискриминиращо ще допуснете ли участник, който декларира наличието на специалисти притежаващи диплома за завършено висше образование с друга или еквивалентна формулировка на инженерна специалност?

Отговор: Не е допустимо. Предложението на участниците следва да се придържат към изискванията на Възложителя.

С уважение,

Д-Р ВЛАДИМИР ЦАНДЕВ
Изпълнителен Директор

31.10.2014г.